

مدیر عامل محترم شرکت نانو مهر

موضوع: نتیجه بررسی پرونده فنی کیت کبلی Tn I کمپانی Nano-Ditech امریکا شرکت ناتومهر

سلام علیکم

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۰۵۵ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ نتیجه بررسی پرونده فنی کیت کیفی تشخیص سریع Nano check AMI Troponin I کمپانی Nano-Ditech امریکا مربوط به شرکت نانو مهر، با شماره کاتالوگ CDY140 برای به شرح ذیل به استحضار می رسد:

با توجه به کارشناسی پرونده فنی و دارا بودن تاییدیه FDA شرکت می تواند با برقراری سیستم Post Marketing Surveillance جهت نظارت بر کیفیت عملکرد محصول و با در دسترس قرار دادن کنترل تجاری مورد تایید کمپانی سازنده به منظور اطمینان کاربر از کیفیت نتایج و همچنین ارائه آموزش های لازم و توجیه مصرف کنندگان بر لزوم اجرای کنترل کیفیت و ارائه خدمات و پشتیبانی و با رعایت الزامات قانونی، اقدام به واردات نماید.

بدیهی است آزمایشگاه مرجع سلامت مجاز به بررسی عملکرد محصول در هر زمان و به نحو مقتضی می باشد.

دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت